

ELECTROCENTRALE
BUCUREȘTI S.A.
IN SOLVENȚA
Nr. 13657/29.06.2014

Către: Potentiali ofertanti

Referitor: Clarificări solicitate la achiziția: „ Dispozitive de masura si control,,

La solicitarea unor posibili ofertanti va transmitem urmatoarele clarificari:

Intrebare 1 : „ Pozitia 1 Ceas comparator- domeniul si precizia de masura,,

Raspuns; Ceas comparator cu precizie de masura de 0,01 mm.

Intrebare: „ Pozitia 1 Ceas comparator- sa confirmati ca este cate un suport pentru fiecare comparator,,

Raspuns: Este cate un suport magnetic pentru fiecare ceas comparator.

Intrebare: „ Pozitia 1 Ceas comparator- Sa explicitati termenul de comanda unica a articulatiilor,,

Raspuns: Suport magnetic cu trei articulatii comandate unic dintr-un singur buton.

Intrebare: „ Pozitia 3-Setul de micrometru de exterior de la 0-175 mm: se doresc digitale sau mecanice si daca se doreste setul din 25 in 25 mm adica 0-25, 25-50,,,

Raspuns: Se doreste micrometru de exterior , mecanic. Setul sa fie de 0÷25; 25÷50; 50÷75...pana la 7 piese.;

Intrebare: „ Pozitia 4- Setul de micrometre: micrometrele sunt in trei puncte(mecanice sau digitale)sau in 2 puncte cu ceas comparator sau micrometre de interior tip vergea (mecanice sau digitale),,

Raspuns Se solicita micrometru de interior, mecanic, cu vergea.

Intrebare: „ Pozitia 5 Sublere-produsele solicitate sunt mecanice cu ceas comparator sau digitale, iar la sublerul de adancime sa se precizeze daca se doreste doar de adancime sau si de exterior/interior,,

Raspuns: Produsele solicitate sunt sublere mecanice. Sublerul de adancime este dedicat doar pentru adancime , cu talpa.

Intrebare: „ Pozitia 6-Set lera: sa se precizeze cate lamele pe set si sa se precizeze daca se doresc lere de interstitii, de raza sau de filet,,

Raspuns: Se solicita set lere de interstitiu , compus din lamele , incepand de la 0,05 mm, din 5 in 5 sutimi de milimetru.

Intrebare: „ Pozitia 7-Set lera: se fac aceleasi precizari ca la lera de la pozitia 6,,

Raspuns: Se solicita set lere de interstitiu , compus din lamele , incepand de la 0,05 mm, din 5 in 5 sutimi de milimetru.

Intrebare: „ Pozitia 8-Ruleta : ruleta este din plastic sau metalica si daca se doreste cu clasa de precizie,,

Raspuns: Se solicita ruleta metalica, fara clasa de precizie.

Intrebare: „ La pozitia 1 - Set 3 ceasuri comparatoare cu suport magnetic

Aici am inteles ca 1 din cele 3 ceasuri comparatoare trebuie sa aiba 50mm, dar celelalte 2 nu au specificat domeniul de masura , care va fi domeniul celorlalte ?,

Raspuns: Toate cele trei ceasuri comparatoare, din set, trebuie sa fie identice;

Intrebare : „ La pozitia 3 - Set micrometre de exterior 0-175mm - se accepta o trusa de 6 micrometre 0-150mm si un micrometru individual de 150-175mm?,,

Raspuns: Se doreste micrometru de exterior, mecanic; 0÷25; 25÷50; 50÷75; 75÷100; pana la 7 piese;

Intrebare: „ La pozitia 6 - Cheie dinamometrica cu ceas 160-800Nm - se accepta 0-800Nm? ,,

Raspuns: Daca exista asa ceva se accepta.

Intrebare: „La pozitia 8 - Set lera 0.35-0.7mm - oricat am cautat, nu am gasit asa ceva. Se accepta 0.05-1mm?,,

Raspuns: Se accepta setul de lere, de interstitiu, de la 0,05 pana la 1,00 mm.

DIRECTOR DIRECTIA JURIDICA SI ACHIZITII
Flavius Cladoveanu

Sef Serviciu Achizitii
Ioana Untila

Sef Birou Monitorizare achizitii si proceduri
Anca Ordean

Birou Monitorizare achizitii si proceduri
Celina Marcas