

**ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.**

„în insolvență”, „in insolvency”, „en procedure collective”

Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București

Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05

office@elcen.ro, www.elcen.ro

C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



Nr.inregistrare: 12559 / 07.06.2018

**Către:** potentialii ofertanti**Referitor:** Clarificări privind documentatia de atribuire a contractului sectorial "*Piese de schimb si consumabile pentru aparatura de monitorizare on line si aparatura de laborator existenta in dotarea CTE Grozavesti si CTE Sud*"

La solicitarea unui potential ofertant va transmitem urmatoarea clarificare:

**Intrebare:** „ In legatura cu pozitia 2.2, lotul 2: *Conductivity Standard 1413 mS/cm, 692 ppm as NaCl, 60 ml, cod 300572, 5 buc* dorim sa ne transmiteti daca:

- se doreste achizitionarea a 5 seturi de 6 flacoane sau a unui set de 6 flacoane cu solutii standard de conductivitate
- solutia standard de conductivitate ar trebui sa aibe specificatiile 1413 microS/cm, 0.01 mol/L KCl sau altele
- volumul flaconului ar trebui sa fie de 50 ml conform codului mentionat in denumire sau altul,,

**Raspuns:** Pentru poz.2.2, lotul 2 - *Conductivity Standard 1413 mS/cm, cod 300572* va comunicam urmatoarele:

- se doreste achizitionarea a 5 seturi de 6 flacoane cu solutii standard de conductivitate
- solutia standard de conductivitate are specificatiile 1413 microS/cm, 0.01 mol/L KCl
- volumul flaconului este de 50 ml

Director Juridic si Achizitii  
Mihai Dorian VolfSef Serviciul Achizitii  
Ioana UntilaSef Birou Monitorizare Achizitii si Proceduri  
Anca OrdeanResponsabil achizitiei  
Celina Marcas