



In atentia: posibili ofertanti

14725 / 12.05.2022.

Referitor: Clarificari la documentatia de atribuire pentru achizitia directa cu nr:  
**ADV1290061-Aparat aliniere a agregatelor termoenergetice**

Va transmitem raspunsul nostru la solicitarea de clarificari transmisa de un potential ofertant:

**Intrebare 1:**

„Va informam ca in aceasta perioada de criza de componente electronice, un instrument din clasa celui solicitat nu se poate livra intr-un termen de 30 de zile; termenul de livrare confirmat de catre producator este de minim 14 saptamani.Va rugam sa acceptati acest termen de livrare”

**Raspuns 1:**

Suntem de acord ca termenul de livrare sa fie de 90 de zile.

**Intrebare 2:**

„Se solicita Aprobare de model si buletin de verificare metrologica initiala emisa de BRML Conform legii nu este necesara aprobarea de model si implicit, nici buletin de verificare metrologica initiala emis de BRML. Va rugam sa eliminati aceasta solicitare.”

**Raspuns 2:**

Nu suntem de acord, ne pastram pozitia si solicitam aprobare de model si buletin de verificare metrologica initiala emisa de BRML.

**Intrebare 3:**

„Propunem termen de plata de 30 de zile, avand in vedere ca pretul este ferm in Lei si ca listele de pret de la producatori se modifica de la o luna la alta.”

**Raspuns 3:**

Referitor la observatiile privind modelul de contract, va comunicam ca amendamentele la clauzele contractuale se formuleaza odata cu oferta tehnica si financiara. In ceea ce priveste clauzele obligatorii, asupra acestora se poate interveni numai in sensul clarificarii unor aspecte strict necesare derularii in conditii optime a contractului. Numai din aceasta perspectiva vor fi analizate eventualele obiectiuni formulate si, in cadrul procesului de conciliere ulterior deschiderii ofertelor, partile vor putea agrega completari/reformulari ale unor astfel de clauze. Aceleasi precizari sunt valabile si pentru clauzele contractuale care preiau cerinte ale caietului de sarcini.

In ceea ce priveste clauzele specifice care se pot negocia, partile pot agrega modificari, in spiritul conservarii interesului acestora si mentinerii echilibrului contractual.

**Intrebare 4:**

„Referitor contract propus de achizitor, propunem modificarea paragrafului 7.1, astfel incat partile sa raspunda in aceeasi masura:

7.1. În cazul în care, din culpa sa, furnizorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a calcula si pretinde penalități egale cu dobanda legala penalizatoare, raportate la valoarea fara TVA a contractului. Penalitatile se limiteaza la valoarea contractului.”

**Raspuns 4:**

Referitor la observatiile privind modelul de contract, va comunicam ca amendamentele la clauzele contractuale se formuleaza odata cu oferta tehnica si financiara. In ceea ce priveste clauzele obligatorii, asupra acestora se poate interveni numai in sensul clarificarii unor aspecte strict necesare derularii in conditii optime a contractului. Numai din aceasta perspectiva vor fi analizate eventualele obiectiuni formulate si, in cadrul procesului de conciliere ulterior deschiderii ofertelor, partile vor putea agrega completari/reformulari ale unor astfel de clauze. Aceleasi precizari sunt valabile si pentru clauzele contractuale care preiau cerinte ale caietului de sarcini.

In ceea ce priveste clauzele specifice care se pot negocia, partile pot agrega modificari, in spiritul conservarii interesului acestora si mentinerii echilibrului contractual.

**Intrebare 5:**

„Avand in vedere complexitatea echipamentelor ce fac obiectul achizitiei, solicitam ca termenul de rezolvare a eventualelor neconformitati aparute in perioada de garantie sa fie de 10 de zile in cazul in care neconformitatea se poate rezolva local sau 45 de zile daca echipamentele trebuie returnate la producator (a se vedea Articolul 8.3).”

**Raspuns 5:**

Referitor la observatiile privind modelul de contract, va comunicam ca amendamentele la clauzele contractuale se formuleaza odata cu oferta tehnica si financiara. In ceea ce priveste clauzele obligatorii, asupra acestora se poate interveni numai in sensul clarificarii unor aspecte strict necesare derularii in conditii optime a contractului. Numai din aceasta perspectiva vor fi analizate eventualele obiectiuni formulate si, in cadrul procesului de conciliere ulterior deschiderii ofertelor, partile vor putea agrega completari/reformulari ale unor astfel de clauze. Aceleasi precizari sunt valabile si pentru clauzele contractuale care preiau cerinte ale caietului de sarcini.

In ceea ce priveste clauzele specifice care se pot negocia, partile pot agrega modificari, in spiritul conservarii interesului acestora si mentinerii echilibrului contractual.

**DIRECTOR JURIDIC SI ACHIZITII**  
Mihai Dorian VOLF

**Sef Serviciu Achizitii**  
Roxana KEDEI

**Responsabil Coordonare Proceduri Achizitie**  
Anca ORDEAN

**Responsabil achizitie**  
Irena ITU-CRISTEA